



Návod na použití pro rektoskopy se studeným světlem.

Před použitím rektoskopu je nutno seznámit se s návodem a jím se řídit. Při nedodržování níže uvedených pokynů nenese výrobce odpovědnost za správnou funkci.

Použití:

K diagnostice chorob v análním oboru.

Připojení studeného světla:

Rektoskop je standardně vybaven připojovacím konektorem, který je podle standardu firmy RICHARD WOLF. Připojení podle standardu STORZ je možné pomocí adapteru (obj. 4. 12-244H)

Pokyny pro použití:

- Rektoskop může používat osoba s patřičným vzděláním a praxí v oboru rektoskopie. Návod k použití tímto dokumentem není.
- Chraňte rektoskop před mechanickým poškozením, před pádem! Nepoužívejte zvýšenou sílu. Na mechanické poškození vzniklé neodbornou a násilnou manipulací se nevztahuje záruka. Záruka není též poskytována na opotřebení vzniklé normálním používáním.
- **Nástroj musí být před prvním použitím dokonale vyčištěn a sterilizován!**
- Nástroj musí být po použití bezprostředně vyčištěn. Viz oddíl čištění. Ponechání nástroje hodinu a více v neочиštěném stavu může způsobit korozi.
- Po uplynutí doby životnosti je nutno nástroj zlikvidovat podle příslušné směrnice o odpadech!

Průběh:

- Zavedení tubusu se provádí při zasunutém mandénu a bez připojené hlavice. Hlavice rektoskopu může být použita s a nebo bez světlovodu.
- Před zavedením opatříme čelo kluzným prostředkem..
- Za lehce otáčivého pohybu zavedeme naslepo do hloubky cca. 4 – 6 cm.
- Odstraníme mandrén a připojíme hlavici rektoskopu s uzavřenou záklopkou.
- Nástroj můžeme lehce posunout, jakmile vtlačíme dmychadlem trochu vzduchu do střeva. Tlak vzduchu je hlídán balonem, který je vázán před dmychadlo.

Bezpečnostní upozornění:

Před každým použitím překontrolujeme funkčnost a neporušenost výrobku.

Nepoužíváme poškozený nástroj. Výrobce důrazně varuje před prováděním úprav na nástroji. Každá změna vede k zániku záruky. Označení CE zaniká při použití neoriginálních náhradních dílů.

Čištění a sterilizace:

- Používejte pouze demineralizovanou vodu nebo páru z demineralizované vody! Chloridy působí tvoření hloubkové koroze.
- Dodržujte pokyny výrobce dezinfekčních prostředků!
- Obnovujte roztoky několikrát za den! Nepoužívejte použité, případně přestárlé roztoky! Riziko koroze a snížení čistícího účinku je velké.
- Bezprostředně po vyčištění opláchněte nástroj demineralizovanou vodou!
- K čištění používejte pouze měkkou látku nebo měkký kartáček!
- Nepoužívejte kovové kartáčky ani žádné čisticí pomůcky, které by způsobily poškození!
- Nástroj osušte bezprostředně po čištění, případně po sterilizaci!
- Nenechávejte nástroje déle než 4 hodiny ležet v jakémkoliv roztoku nebo vodě!
- K ošetření používejte parafinový olej (obj.č.139 08 93000) a to obzvláště na uzávěry a klouby! Nepoužívejte prostředky, které obsahují silikony!
- Funkčnost nástrojů kontrolujte, až tyto jsou vychladlé!
- Oddělujte při čištění a sterilizaci nástroje z nerezové oceli od nástrojů pokovených a těch, které mají poškozený povrch!
- Všechny komponenty rektoskopu s výjimkou dmychadla a teleskopické optiky jsou sterilizovatelné v parním autoklávu (max. 135° C)